

## Cathéter à système clos DeltaVen®

### ÉVALUATION DU PRODUIT EN UTILISATION SOUS-CUTANÉE

Date : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_

Nom de l'établissement : \_\_\_\_\_ Service : \_\_\_\_\_

1. Avez-vous participé à une formation en interne sur le cathéter sécurisé DeltaVen® ? Oui Non

2. Pour votre insertion la plus récente de DeltaVen®, quelle gauge avez-vous utilisée ?

22G      24G      26G      AUTRE \_\_\_\_\_

3. Combien de poses sous-cutanées de DeltaVen® avez-vous effectuées jusqu'ici avant cette évaluation ? \_\_\_\_\_

4. Quelle(s) configuration(s) de DeltaVen® avez-vous utilisée(s) ?

Port simple      Port simple avec robinet + connecteur sans aiguille  
Raccord double avec doubles capuchons d'extrémité      Raccord double avec connecteurs sans aiguille

5. Comment évalueriez-vous la performance de DeltaVen® par rapport à vos attentes concernant les critères suivants ?	Dépasse vos attentes	Répond à vos attentes	Ne répond pas à vos attentes	S.O.
Choix de gauges et longueurs d'aiguille en fonction des besoins des patients				
Tranchant de l'aiguille et connexion du cathéter				
Activation de la sécurité de l'aiguille après insertion				
Simplicité pour orienter le biseau correctement avant la mise en place				
Capacité à stabiliser et à sécuriser				
Performance du connecteur sans aiguille				
Expérience du patient concernant la procédure sous-cutanée				

6. DeltaVen® est-il acceptable pour une utilisation clinique ? Oui Non

Commentaires :

# Cathéter à système clos DeltaVen®

## ÉVALUATION DU PRODUIT (SUITE)

7. En moyenne, combien de poses sous-cutanées faites-vous par semaine ? < 10 10-25 26-50 > 50

8. Quel cathéter sous-cutané principal utilisez-vous ?

Cleo BD Saf-T-Intima™ Autre : \_\_\_\_\_

9. Comment évalueriez-vous la performance de DeltaVen® par rapport à votre cathéter sous-cutané principal concernant les critères suivants ?	Beaucoup mieux	Mieux	Équivalent	Moins bon
Choix de gauges et longueurs d'aiguille en fonction des besoins des patients				
Tranchant de l'aiguille et connexion du cathéter				
Activation de la sécurité de l'aiguille après insertion				
Simplicité pour orienter le biseau de l'aiguille avant de commencer la procédure				
Capacité à stabiliser et à sécuriser				
Performance du connecteur sans aiguille				
Expérience du patient concernant la procédure sous-cutanée				

Commentaires :

Signature : \_\_\_\_\_

Merci d'avoir répondu à ces questions. Nous garderons votre identité confidentielle. Vos réponses nous aideront à améliorer nos produits. Tout usage public de vos réponses se fera de manière anonyme, et nous n'utiliserons vos réponses que dans le cadre d'une compilation de toutes les réponses que nous recevrons à ce questionnaire, sinon nous vous demanderons d'abord votre autorisation par écrit.

**Smiths Medical Belgium S.A.**  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tel.: +32 (0)2 704 49 00  
E-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Fabriqué par :**  
**Delta Med SpA**  
Via G. Rossa, 20-46019  
Viadana (Mn) - Italy  
Tél: +39 (0)375 785915

MMSPCA-0232

**CE Rx**  
0123 ONLY

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page: [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé est marqué CE. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195509FRBE-042018